

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA052	Título: Certificado de Análise do Produto Renyglass		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Gleicy	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise do Renyglass

Data de Fabricação: 17/03/2026	Lote: 26030393
Data de validade: 17/03/2028	Embalagem: Frasco PVC 18
Número MS: ISENTO	Data da amostragem: 17/03/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido esverdeado, odor característico.	Líquido esverdeado, odor característico.
Densidade	0,890 a 0,950 g/cm ³	0,902 g/cm ³
pH a 25°C	6,50 a 7,50	7,47

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira 7ª ed. Brasília: ANVISA, 2024.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 17/03/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli