

Código: CAPA042**Pág:** 1/1**Título:** Certificado de Análise de Líquido para conservação das fezes. (M.I.F.)**Revisão:** 06**Emitido por:****Revisado por:****Conferido por:****Data:** 05/2025

Renata

Ramon

Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise de Líquido para conservação das fezes (M.I.F.)

Data de Fabricação: 24/03/2026	Lote: 26030439
Data de validade: 24/03/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670084	Data da amostragem: 24/03/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido levemente alaranjado, odor característico	Líquido levemente alaranjado, odor característico
Densidade	1,001 – 1,005 g/cm ³	1,002 g/cm ³
pH a 25°C	3,40 a 4,60	4,55

BibliografiaMétodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.****Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.*****Data:** 24/03/2026**Analista****Joelma Oliveira****Analista****Ramon Lopes****Coordenador Técnico****Antônio Galli**