

**CERTIFICADO DE ANÁLISE**

Código: CAPA041

Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – May- Grunwald.

Pág.: 1/1

Revisão: 06

Emitido por:

Revisado por:

Conferido por:

Data: 05/2025

Renata

Ramon

Antônio

**Controle de Qualidade**

Certificado de análise Corante May-Grunwald

Data de Fabricação: 25/03/2026

Lote: 26030448

Data de validade: 25/03/2029

Embalagem: Frasco pet

Número MS: 80002670086

Data da amostragem: 26/03/2026

Armazenamento: Temperatura ambiente

**Análise Físico-Química**

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido azul escuro, odor característico	Líquido azul escuro, odor característico
Densidade	0,780 – 0,900 g/cm <sup>3</sup>	0,794 g/cm <sup>3</sup>
pH	7,00 a 8,00	7,40

**Análise de performance**

Descrição	Especificação	Resultado
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	Esfregaço de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada

**Bibliografia**Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.****Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 26/03/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli