| RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO | **CERTIFICADO DE ANÁLISE** | | |
|---|---|---|---|
| **Código:** CAPA056 | **Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Uretest | | |
| **Pág:**1/1 | | | |
| **Revisão:** 07 | **Emitido por:** | **Revisado por:** | **Conferido por**: |
| **Data:** 05/2025 | Renata | Antônio | Ramon |

**Controle de Qualidade**
Certificado de análise Uretest

| | |
|---|---|
| Data de fabricação: 31/03/2026 | Lote: 26030485 |
| Data de validade: 31/03/2027 | Embalagem: Tubo Eppendorf |
| Número MS: 80002670069 | Data da amostragem: 01/04/2026 |
| Armazenamento: 2 a 8 °C | |

| **Análise Físico-Química** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Descrição | Líquido amarelo vivo, Inodoro. | Líquido amarelo vivo, Inodoro. |
| Densidade | 1,000 – 1,015 g/cm$^3$ | 1,009 g/cm$^3$ |
| pH a 25°C | 5,00 a 6,00 | 5,58 |
| **Análise de performance** | | |
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Teste da ureia | Emissão de odor de amônia pelo aquecimento de 1mL Uretest, após a adição de três gotas de Uretest o líquido adquire uma coloração rósea | Emissão de odor de amônia pelo aquecimento de 1mL Uretest, após a adição de três gotas de Uretest o líquido adquire uma coloração rósea |
| Tempo de viragem *Morganella morganii* ATCC 8019 | Viragem em até 60 minutos com a adição de uma colônia recém repicadas (Colônias de 18-24hs de incubação) | 25 minutos |

**Bibliografia**

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

**Parecer**

***A amostra analisada atende às especificações descritas.***

**Data: 01/04/2026**

| **Analista** | **Analista** | **Coordenador Técnico** |
|---|---|---|
| **Joelma Oliveira** | **Ramon Lopes** | **Antônio Galli** |