RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA011	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Reativo de Benedict.		
Pág: 1/1			
Revisão: 06	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise Reativo de Benedict

Data de Fabricação: 13/04/2026	Lote: 26040569
Data de validade: 13/04/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670060	Data da amostragem: 14/04/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido azul inodoro	Líquido azul inodoro
pH a 25°C	1,240 a 1,270 g/cm^3	1,266 g/cm^3
Densidade	10,00 a 11,00	10,70

Análise de performance		
Concentração padrão	**Especificação**	**Resultado**
0,1 g/100 mL	A solução deve ficar verde em 30s.	A solução ficou verde em 30s.
0,5 g/100 mL	A solução deve ficar amarelo-esverdeada em 30 s.	A solução ficou amarelo-esverdeada em 30 s.
1 g/100 mL	A solução deve ficar laranja em 30 s.	A solução ficou laranja em 30 s.
2 g/100 mL	A solução deve ficar vermelho-tijolo em 30 s.	A solução ficou vermelho-tijolo em 30 s.

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 14/04/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**