RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA007	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Anticoagulante Fluoreto		
Pág: 1/1			
Revisão: 05	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle da Qualidade
Certificado de análise Anticoagulante Fluoreto

Data de Fabricação: 14/04/2026	Lote: 26040576
Data de validade: 14/04/2028	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670056	Data da amostragem: 14/04/2026
Armazenamento: Temperatura Ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Solução esverdeada e inodora	Solução esverdeada e inodora
Densidade	1,030 – 1,060 g/cm^3	1,040 g/cm^3
pH a 25°C	5,50 a 5,80	5,64

Análise de performance		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Teste de coagulação	A adição de 2,5mL de sangue colhido por punção venosa em um tubo contendo 50µL (1gota) de Anticoagulante FLUORETO 5% inibem o processo de coagulação do sangue.	A adição de 2,5mL de sangue colhido por punção venosa em um tubo contendo 50µL (1gota) de Anticoagulante FLUORETO 5% inibem o processo de coagulação do sangue.

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 14/04/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**