RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA021	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Gluc-O-Test Laranja 75g		
Pág: 1/1			
Revisão: 02	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por:**
Data: 05/2025	Antônio Galli	Ramon	Ramon

Produto: Gluc-o-test Laranja 75g/300mL	Embalagem: Frasco PET
Lote: 26040589	Data de Validade: 15/04/2028
Data de Fabricação: 15/04/2026	Número MS: 80002670077
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção Visual	Líquido transparente com odor de laranja	Líquido transparente com odor de laranja
Densidade	1,085 – 1,105 g/cm^3	1,100 g/cm^3
pH a 25°C	2,50 a 3,50	2,96

Análise Microbiológica

Código da amostra: PA26-141

Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10^2 (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10^1 (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Escherichia coli	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0mL

Bibliografia

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed.**, Brasília: ANVISA, 2024.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 24/04/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**