| RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO | **CERTIFICADO DE ANÁLISE** | | |
|---|---|---|---|
| **Código:** CAPA005 | **Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Anticoagulante Citrato 3,8% | | |
| **Pág.:** 1/1 | | | |
| **Revisão:** 05 | **Emitido por:** | **Revisado por:** | **Conferido por**: |
| **Data:** 05/2025 | Renata | Ramon | Antônio |

**Controle da Qualidade**

Certificado de análise Anticoagulante Citrato 3,8%

| | |
|---|---|
| Data de Fabricação: 23/04/2026 | Lote: 26040620 |
| Data de validade: 23/04/2028 | Embalagem: frasco pet |
| Número MS: 80002670055 | Data da amostragem: 23/04/2026 |
| Armazenamento: Temperatura ambiente | |

| **Análise Físico-Química** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Descrição | Solução azulada, odor característico | Solução azulada, odor característico |
| Densidade | 1,010 a 1,030 g/cm$^3$ | 1,023 g/cm$^3$ |
| pH a 25°C | 8,00 a 9,00 | 8,34 |

| **Análise de performance** | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Especificação** | **Resultado** |
| Teste de coagulação | A adição de 3mL de sangue colhido por punção venosa em um tubo contendo 100µL de Anticoagulante Citrato 3,8 % inibem o processo de coagulação do sangue | A adição de 3mL de sangue colhido por punção venosa em um tubo contendo 100µL de Anticoagulante Citrato 3,8 % inibiram o processo de coagulação do sangue |

**Bibliografia**

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

**Parecer**

***A amostra analisada atende às especificações descritas.***

**Data: 23/04/2026**

| **Analista** | **Analista** | **Coordenador Técnico** |
|---|---|---|
| **Joelma Oliveira** | **Ramon Lopes** | **Antônio Galli** |