RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA014	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Descorante para Gram		
Pág: 1/1			
Revisão: 07	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	**Antônio**	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Solução Descorante para Gram

Data de Fabricação: 07/04/2026	Lote: 26040526
Data de validade: 07/04/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670066	Data da amostragem: 07/04/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido transparente, odor característico	Líquido transparente, odor característico
Densidade	0,800 – 0,990 g/cm^3	0,808 g/cm^3
pH a 25°C	6,00 a 8,00	7,10

Análise de performance		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Teste de desempenho	Bactérias Gram negativas: coram-se de rosa Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo.	Bactérias Gram negativas: coram-se de rosa Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo.

Bibliografia

Otto Bier: Bacteriologia e imunologia, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 07/04/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**