RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA047	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Rápido 3		
Pág: 1/1			
Revisão: 07	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante Rápido nº 3

Data de Fabricação: 30/04/2026	Lote: 26040673
Data de validade: 30/04/2029	Embalagem: Frasco pet e Bombona
Número MS: 80002670086	Data da amostragem: 30/04/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido azul escuro, inodoro.	Líquido azul escuro, inodoro.
Densidade	0,990 a 1,100 g/cm^3	1,000 g/cm^3
pH a 25°C	7,00 a 7,50	7,16

Análise de performance (conjunto 1, 2 e 3)		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	**Esfregaço de cor rosa mate uniforme**
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	**Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas** **Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida** **Hemácias: rosa claro e de forma arredondada**

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 30/04/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**