RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**Certificado de Análise**		
Código: CAPA 008	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Azul de Cresil		
Pág: 1/1			
Revisão: 08	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

Controle da Qualidade
Certificado de análise Azul de Cresil

Data de Fabricação: 06/05/2026	Lote: 26050705
Data de validade: 06/05/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670086	Data da amostragem: 06/05/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido azul, odor característico	Líquido azul, odor característico
Densidade	1,000 – 1,020 g/cm^3	1,010 g/cm^3
pH a 25°C	4,90 a 7,00	6,35

Análise de performance		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Teste de Desempenho	Contagem de Reticulócitos: 0,5 a 2%	1,0%

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 07/05/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**