| RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO | **CERTIFICADO DE ANÁLISE** | | |
|---|---|---|---|
| **Código:** CAPA014 | **Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Descorante para Gram | | |
| **Pág:** 1/1 | | | |
| **Revisão:** 07 | **Emitido por:** | **Revisado por:** | **Conferido por**: |
| **Data:** 05/2025 | Renata | **Antônio** | Ramon |

**Controle de Qualidade**

Certificado de análise Solução Descorante para Gram

| | |
|---|---|
| Data de Fabricação: 19/05/2026 | Lote: 26050801 |
| Data de validade: 19/05/2029 | Embalagem: Frasco pet |
| Número MS: 80002670066 | Data da amostragem: 19/05/2026 |
| Armazenamento: Temperatura ambiente | |

| **Análise Físico-Química** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Descrição | Líquido transparente, odor característico | Líquido transparente, odor característico |
| Densidade | 0,800 – 0,990 g/cm$^3$ | 0,806 g/cm$^3$ |
| pH a 25°C | 6,00 a 8,00 | 7,74 |

| **Análise de performance** | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Especificação** | **Resultado** |
| **Teste de desempenho** | Bactérias Gram negativas: coram-se de rosa<br>Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo. | Bactérias Gram negativas: coram-se de rosa<br>Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo. |

**Bibliografia**

Otto Bier: Bacteriologia e imunologia, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

**Parecer**

***A amostra analisada atende às especificações descritas.***

**Data: 19/05/2026**

| **Analista** | **Analista** | **Coordenador Técnico** |
|---|---|---|
| **Joelma Oliveira** | **Ramon Lopes** | **Antônio Galli** |