RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA035	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Leishman.		
Pág.: 1/1			
Revisão: 06	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise Corante Leishman

Data de Fabricação: 28/05/2026	Lote: 26050870
Data de validade: 28/05/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS:80002670086	Data da amostragem: 28/05/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido azul escuro, odor característico	Líquido azul escuro, odor característico
Densidade	0,750 a 0,850 g/cm^3	0,795 g/cm^3
pH a 25°C	7,00 a 8,00	7,80

Análise de performance		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	**Esfregaço de cor rosa mate uniforme**
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	**Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas.** **Hemácias: rosa claro e de forma arredondada**

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 28/05/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**