RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**Certificado de Análise**		
Código: CAPA037	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Líquido de Turk		
Pág: 1/1			
Revisão: 05	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle da Qualidade
Certificado de análise Líquido de Turk

Data de Fabricação: 28/05/2026	Lote: 26050871
Data de validade: 28/05/2028	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670086	Data da amostragem: 28/05/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido roxo de odor característico	Líquido roxo de odor característico
Densidade	1,000 – 1,010 g/cm^3	1,001 g/cm^3
pH a 25°C	2,50 a 3,50	2,80

Análise de performance		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Microscópica	Leucócitos: azulados Hemácias e plaquetas ausentes	Leucócitos: azulados Hemácias e plaquetas ausentes

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 28/05/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**