RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA004	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Solução álcool-ácido 3%		
Pág.: 1/1			
Revisão: 06	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise Solução Álcool-ácido 3%

Data de Fabricação: 29/05/2026	Lote: 26050875
Data de validade: 29/05/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670066	Data da amostragem: 03/06/2026
Armazenamento: Temperatura Ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido transparente, odor característico	Líquido transparente, odor característico
Densidade	0,800 a 0,900 g/cm^3	0,829 g/cm^3
pH a 25°C	≤ 1,00	0,47

Análise de performance		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esfregaço de BAAR	Bacilos álcool-ácido resistentes: coram-se de rosa Demais elementos: coram-se de azul	Bacilos álcool-ácido resistentes: coram-se de rosa Demais elementos: coram-se de azul

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 03/06/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**