| RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO | **CERTIFICADO DE ANÁLISE** | | |
|---|---|---|---|
| **Código:** CAPA049 | **Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – RenyCult | | |
| **Pág:** 1/1 | | | |
| **Revisão:** 05 | **Emitido por:** | **Revisado por:** | **Conferido por**: |
| **Data:** 05/2025 | Renata | Ramon | Antônio |

**Controle de Qualidade**
Certificado de análise RenyCult

| | |
|---|---|
| Data de Fabricação: 01/06/2026 | Lote: 26060880 |
| Data de validade: 01/06/2028 | Embalagem: Frasco vidro e Frasco conta gotas |
| Número MS: 80002670088 | Data da amostragem: 01/06/2026 |
| Armazenamento: Temperatura ambiente | |

| **Análise Físico-Química- Reativo de Meyer** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Descrição | Líquido transparente, odor característico | Líquido transparente, odor característico |
| Densidade | 1,140 a 1,190 g/cm$^3$ | 1,175 g/cm$^3$ |
| pH a 25°C | 12,00 a 13,50 | 12,90 |

| **Análise Físico-Química- Peróxido Hidrogênio** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Descrição | Líquido transparente, sem odor. | Líquido transparente, sem odor. |
| Densidade | 1,000 a 1,015 g/cm$^3$ | 1,010 g/cm$^3$ |
| pH a 25°C | 3,50 a 4,50 | 4,37 |

| **Análise de performance (Sol. de peróxido + Reativo de Meyer)** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Resultado esperado** | **Resultado** |
| **Teste de desempenho** | | |
| Controle positivo | Quando adicionado, torna possível a virada da solução de Reativo de Meyer + sangue da cor transparente para a rosa. | Quando adicionado, torna possível a virada da solução de Reativo de Meyer + sangue da cor transparente para a rosa. |
| Controle negativo (Solução salina 0,9%) | Cor se mantém transparente | Cor se mantém transparente |

**Bibliografia**

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

**Parecer**

***A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 02/06/2026

| **Analista** | **Analista** | **Coordenador Técnico** |
|---|---|---|
| **Joelma Oliveira** | **Ramon Lopes** | **Antônio Galli** |