RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA053	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Silicone		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade
Certificado de análise Silicone

Data de Fabricação: 08/06/2026	Lote: 26060909
Data de validade: 08/06/2028	Embalagem: Frasco conta gotas
Número MS: Isento	Data da amostragem: 08/06/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido límpido e incolor	Líquido límpido e incolor
Odor	Inodoro	Inodoro
Densidade	0,960 – 0,980 g/cm^3	0,975 g/cm^3
Solubilidade em água	Insolúvel em água	Insolúvel em água
Solubilidade em etanol	Em contato com etanol desenvolve turbidez	Em contato com etanol desenvolve turbidez

Bibliografia

Certificado de análise do fabricante, FISPQ do produto e BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed. Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 08/06/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**