RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA026	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Hematoxilina		
Pág: 1/1			
Revisão: 06	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise Hematoxilina

Data de Fabricação: 08/06/2026	Lote: 26060911
Data de validade: 08/06/2029	Embalagem: Frasco Pet
Número MS: 80002670067	Data da amostragem: 15/06/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido roxo, odor característico.	Líquido roxo, odor característico.
Densidade	1,020 – 1,055 g/cm^3	1,021 g/cm^3
pH a 25°C	2,00 a 3,00	2,65

Análise de performance (método de coloração Papanicolaou)		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Teste de desempenho	O núcleo deve ser corado pela hematoxilina, resultando em uma coloração roxo.	O núcleo foi corado pela hematoxilina, resultando em uma coloração roxo

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório,Manual de Laboratório Cito Histopatológico. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed. Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 15/06/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**