RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA015	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – EA - 36		
Pág: 1/1			
Revisão: 07	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise EA-36

Data de Fabricação: 09/06/2026	Lote: 26060930
Data de validade: 09/06/2029	Embalagem: Frasco Pet
Número MS: 80002670067	Data da amostragem: 09/06/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido esverdeado, odor característico	Líquido esverdeado, odor característico
Densidade	0,800 – 0,900 g/cm^3	0,850 g/cm^3
pH	5,00 a 5,50	5,45

Análise de performance (método de coloração Papanicolaou)		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Aspecto celular	O citoplasma deverá ter seus componentes básicos corados pelo EA-36.	O citoplasma teve seus componentes básicos corados pelo EA-36.

Bibliografia

Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 10/06/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**