RENYLAB	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA016	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Famigel		
Pág:1/1			
Revisão: 02	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por:**
Data: 05/2025	Antônio Galli	Ramon	Ramon

Produto: Famigel	Embalagem: Bisnaga Plástica
Lote: 26060933	Data de Validade: 10/06/2028
Data de Fabricação: 10/06/2026	Número MS: 80002679001
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Gel transparente, inodoro.	Gel transparente, inodoro.
Densidade	1,000 – 1,025 g/cm^3	1,012 g/cm^3
pH a 25°C	7,00 a 7,70	7,40
Viscosidade Absoluta	550 a 650 cps	553

Análise Microbiológica

Código da amostra: PA26-205

Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10^2 (UFC/g ou mL)	<10 UFC/g
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10^1 (UFC/g ou mL)	<10 UFC/g
Escherichia coli	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g
Pseudomonas aeruginosa	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g
Staphylococcus aureus	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g
Candida albicans	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g

Bibliografia

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 18/06/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**