RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAMB003	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Bile Esculina		
Pág:1/1			
Revisão: 05	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 11/2024	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise - Ágar Bile Esculina

Indicação: Meio de cultura indicado para diferenciação de enterococos e estreptococos grupo D.

Data de fabricação: 23/06/2026	Lote: 26061030
Data de validade: 23/12/2026	Registro MS:80002670075
Data da amostragem: 30/03/2026	Embalagem: Tubo de vidro
Armazenagem: 2º a 8ºC	

Análise físico-química		
	Resultado esperado	**Resultado**
Inspeção Visual	Meio de cultura sólido de cor palha	Meio de cultura sólido de cor palha
pH a 25°C	7,10 ± 0,10	6,76

Análise de performance		
Cepas	**Resultado esperado**	**Resultado**
Streptococcus pyogenes ATCC19615	Meio inalterado	Meio inalterado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Enegrecimento do meio	Enegrecimento do meio

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia

Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - **CLSI M22-A3**. Clinical and Laboratory Standards Institute;2004.Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). 2023. **Manual of clinical microbiology**, 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. **Difco Manual**, 2º ed., 2009. Agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA. **Módulo 5: Tecnologia em Serviços de Saúde: descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos**. 1ª edição – brasil, 2010 OPLUSTIL, Carmem Paz; ZOCCOLI, Cassia Maria; TOBOUTI, Nina Reiko; SCHEFFER, Mara Cristina. **Procedimentos básicos em microbiologia clínica.** 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2007.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 26/06/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**