RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAMB039	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Sangue/Chocolate Suplementado		
Pág:1/2			
Revisão: 01	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 11/2024	Antônio	Ramon	Ramon

Controle de Qualidade
Certificado de análise – Agar Sangue/Chocolate Suplementado

Lote: 26061035	Número MS: 80002670074
Data de fabricação: 23/06/2026	Apresentação: Placa de Petri Dualmedium
Data de validade: 23/10/2026	Data da amostragem: 24/06/2026
Armazenagem: 2 a 8°C	

Análise Físico-química – Agar Sangue		
Teste realizado	**Especificações**	**Resultado**
Inspeção visual	Meio de cultura sólido cor vermelho sangue	Meio de cultura sólido cor vermelho sangue
pH a 25ºC	7,30 ± 0,20	7,29

Análise Físico-química – Agar Chocolate Suplementado		
Teste realizado	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção visual	Meio de cultura sólido cor marrom (chocolate), homogêneo.	Meio de cultura sólido cor marrom (chocolate), homogêneo.
pH a 25º C	7,30 ± 0,20	7,15

Análise de Performance – Agar Sangue		
Cepas	**Cepas**	**Resultado**
Streptococcus pyogenes ATCC 19615	Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total)	Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total)
Streptococcus pneumoniae ATCC6305	Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial)	Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias.	Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias.

Análise de Performance – Agar Chocolate Suplementado		
Cepas	**Resultado esperado**	**Resultado**
Haemophilus influenzae ATCC 10211	Colônias pequenas e delicadas com pigmento creme claro. Crescimento bom a excelente	Colônias pequenas e delicadas com pigmento creme claro. Crescimento bom a excelente

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48h de incubação em estufa microbiológica	Não deve haver crescimento após 48h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia

Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - **CLSI M22-A3**. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004.Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). 2023. **Manual of clinical microbiology**, 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. **Difco Manual**, 2º ed., 2009. Agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA. **Módulo 5: Tecnologia em Serviços de Saúde: descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos**. 1ª edição – brasil, 2010 OPLUSTIL, Carmem Paz; ZOCCOLI, Cassia Maria; TOBOUTI, Nina Reiko; SCHEFFER, Mara Cristina. **Procedimentos básicos em microbiologia clínica.** 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2007.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 26/06/2026

RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB039	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Sangue/Chocolate Suplementado		
Pág:2/2			
Revisão: 01	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 11/2024	Antônio	Ramon	Ramon

Analista	Analista	Coordenador Técnico
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**