RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA052	**Título:** Certificado de Análise do Produto Renyglass		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Gleicy	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise do Renyglass

Data de Fabricação: 24/06/2026	Lote: 26061039
Data de validade: 24/06/2028	Embalagem: Frasco PVC
Número MS: ISENTO	Data da amostragem: 24/062026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido esverdeado, odor característico.	Líquido esverdeado, odor característico.
Densidade	0,890 a 0,950 g/cm^3	0,909 g/cm^3
pH a 25°C	6,50 a 7,50	7,46

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed. Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 24/06/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**