| RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO | **CERTIFICADO DE ANÁLISE** | | |
|---|---|---|---|
| **Código:** CAPA026 | **Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Hematoxilina | | |
| **Pág:** 1/1 | | | |
| **Revisão:** 06 | **Emitido por:** | **Revisado por:** | **Conferido por**: |
| **Data:** 05/2025 | Renata | Ramon | Antônio |

**Controle de Qualidade**
Certificado de análise Hematoxilina

| | |
|---|---|
| Data de Fabricação: 22/06/2026 | Lote: 26061015 |
| Data de validade: 22/06/2029 | Embalagem: Frasco Pet |
| Número MS: 80002670067 | Data da amostragem: 29/06/2026 |
| Armazenamento: Temperatura ambiente | |

| **Análise Físico-Química** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Descrição | Líquido roxo, odor característico. | Líquido roxo, odor característico. |
| Densidade | 1,020 – 1,055 g/cm$^3$ | 1,027 g/cm$^3$ |
| pH a 25°C | 2,00 a 3,00 | 2,81 |

| **Análise de performance (método de coloração Papanicolaou)** | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Especificação** | **Resultado** |
| **Teste de desempenho** | O núcleo deve ser corado pela hematoxilina, resultando em uma coloração roxo. | O núcleo foi corado pela hematoxilina, resultando em uma coloração roxo |

**Bibliografia**

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório,Manual de Laboratório Cito Histopatológico. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed. Brasília: ANVISA, 2024**.

**Parecer**

***A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 30/06/2026

| **Analista** | **Analista** | **Coordenador Técnico** |
|---|---|---|
| **Joelma Oliveira** | **Ramon Lopes** | **Antônio Galli** |