RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAMB084	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo TSB		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 30/04/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Caldo TSB
Finalidade: Meio de propósito geral utilizado para cultivo de uma grande variedade de microorganismos e teste de esterilidade

Data de fabricação: 24/06/2026	Lote: 26061040
Data de validade: 24/12/2026	Apresentação: Tubo de vidro com tampa rosca
Número MS: 80002670074	Data da amostragem: 24/04/2026
Armazenagem: 2 a 8º C	

Análise Físico-química		
Teste realizado	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção visual	Líquido amarelo claro, límpido.	Líquido amarelo claro, límpido.
pH a 25 C	7,30 ± 0,20	7,26

Análise de Desempenho		
Cepas	**Resultado esperado**	**Resultado**
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante
Escherichia coli ATCC 25922	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante
Candida albicans ATCC 10231	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia

Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - **CLSI M22-A3**. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004.Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). 2023. **Manual of clinical microbiology**, 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. **Difco Manual**, 2º ed., 2009. Agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA. **Módulo 5: Tecnologia em Serviços de Saúde: descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos**. 1ª edição – brasil, 2010 OPLUSTIL, Carmem Paz; ZOCCOLI, Cassia Maria; TOBOUTI, Nina Reiko; SCHEFFER, Mara Cristina. **Procedimentos básicos em microbiologia clínica.** 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2007.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 26/06/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**