RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA009	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Azul de metileno de Loeffler		
Pág: 1/1			
Revisão: 07	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Azul de Metileno de Loeffler

Data de Fabricação: 02/07/2026	Lote: 26071106
Data de validade: 02/07/2029	Embalagem: Frasco Pet
Número MS: 80002670066	Data da amostragem: 02/07/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido azul, odor característico	Líquido azul, odor característico
Densidade	0,990 – 1,100 g/cm^3	1,001 g/cm^3
pH a 25°C	6,50 - 7,50	6,75

Análise de performance (método de coloração Ziehl)		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Bacilos álcool-ácido resistentes	Bacilos álcool-ácido resistentes: coram-se de rosa	Bacilos álcool-ácido resistentes: coram-se de rosa.
Demais Componentes do esfregaço	Demais elementos: coram-se de azul	Demais elementos: coram-se de azul.

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 06/07/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**