RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA019	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Fucsina de Ziehl.		
Pág: 1/1			
Revisão: 06	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Renata

Controle de Qualidade
Certificado de análise Fucsina de Ziehl

Data de Fabricação: 06/07/2026	Lote: 26071119
Data de validade: 06/07/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670066	Data da amostragem: 06/07/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Solução rosa escuro	Solução rosa escuro
Densidade	0,980 – 1,010 g/cm^3	0,988 g/cm^3
pH a 25°C	5,00 a 7,00	5,59

Análise de performance (método de coloração Ziehl)		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Bactérias álcool-ácido resistentes	Coram-se de rosa	Coram-se de rosa
Demais elementos	Coram-se de azul	Coram-se de azul

Bibliografia

Otto Bier: Bacteriologia e imunologia Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 06/07/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**