RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA013	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Cristal Violeta		
Pág: 1/1			
Revisão: 02	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Antonio	Ramon	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Cristal Violeta

Data de Fabricação: 06/07/2026	Lote: 26071120
Data de validade: 06/07/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670066	Data da amostragem: 07/07/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido roxo escuro, odor característico	Líquido roxo escuro, odor característico
Densidade	0,950 – 1,050 g/cm^3	0,988 g/cm^3
pH a 25°C	4,50 a 6,00	4,91

Análise de performance		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Bactérias Gram positivas	Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo.	Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo.
Bactérias Gram-negativas	Bactérias Gram negativas: coram-se de rosa	Bactérias Gram negativas: coram-se de rosa

Bibliografia

Otto Bier: Bacteriologia e imunologia, métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 08/07/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**