RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA056	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Uretest		
Pág:1/1			
Revisão: 07	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade
Certificado de análise Uretest

Data de fabricação: 10/07/2026	Lote: 26071170
Data de validade: 10/07/2027	Embalagem: Tubo Eppendorf
Número MS: 80002670069	Data da amostragem: 13/07/2026
Armazenamento: 2 a 8 °C	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido amarelo vivo, Inodoro.	Líquido amarelo vivo, Inodoro.
Densidade	1,000 – 1,015 g/cm^3	1,010 g/cm^3
pH a 25°C	5,00 a 6,00	5,48
Análise de performance		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Teste da ureia	Emissão de odor de amônia pelo aquecimento de 1mL Uretest, após a adição de três gotas de Uretest o líquido adquire uma coloração rósea	Emissão de odor de amônia pelo aquecimento de 1mL Uretest, após a adição de três gotas de Uretest o líquido adquire uma coloração rósea
Tempo de viragem *Morganella morganii* ATCC 8019	Viragem em até 60 minutos com a adição de uma colônia recém repicadas (Colônias de 18-24hs de incubação)	25 minutos

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 13/07/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**