RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA044	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Óleo de Imersão		
Pág.: 1/1			
Revisão: 05	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise Óleo de Imersão

Data de Fabricação: 13/07/2026	Lote: 26071193
Data de validade: 13/072028	Embalagem: Bombona e frasco conta gotas
Número MS: ISENTO	Data da amostragem: 13/07/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise físico-química		
Teste Realizado	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção Visual	Líquido transparente-pardo.	Líquido transparente-pardo.
Densidade	0,950 – 1,020 g/cm^3	0,990 g/cm^3
Índice de refração	1,470 a 1,530	1,495

Teste de performance		
Visualização em lâminas	Nitidez	Visualização nítida dos componentes do esfregaço hematológico observado.

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 14/07/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**