RENYLAB	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA036	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Líquido de Rees		
Pág: 1/1			
Revisão: 07	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise Líquido de Rees

Data de Fabricação: 14/07/2026	Lote: 26071198
Data de validade: 14/07/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS:80002670086	Data da amostragem: 14/07/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido azul de odor característico	Líquido azul de odor característico
Densidade	1,010 – 1,030 g/cm^3	1,022 g/cm^3
pH a 25°C	7,00 a 8,00	7,81

Análise de performance		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Teste de desempenho	Visualização de plaquetas na cor azul reflingente em câmara de Neubauer	Visualização de plaquetas na cor azul reflingente em câmara de Neubauer

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 15/07/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**