RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA001	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Ácido Acético 2%		
Pág: 1/1			
Revisão: 06	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Gleicy	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise do Ácido Acético 2%

Data de Fabricação: 20/07/2026	Lote: 26071230
Data de validade: 20/07/2028	Apresentação: Frasco Pet
Número MS: 80002670126	Data da amostragem: 20/07/2026
Armazenamento: Temperatura Ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido incolor, odor característico	Líquido incolor, odor característico
Densidade	1,000 a 1010 g/cm^3	1,002 g/cm^3
pH a 25°C	2,00 a 3,00	2,80

Análise Microbiológica

Código da amostra: PA26-262

Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10^2 (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10^1 (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Escherichia coli	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0mL
Pseudomonas aeruginosa	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0mL
Staphylococcus aureus	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0mL
Cândida albicans	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0mL

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.**

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 31/07/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**