RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA062	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Solução de Hidróxido de Potássio 40%		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle da Qualidade
Solução de Hidróxido de Potássio 40%

Data de Fabricação: 21/07/2026	Lote: 26071249
Data de validade: 21/07/2026	Embalagem: Frasco vidro
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 21/07/2026
Número MS: Isento	Cód.: 4378

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Aspecto	Solução incolor límpida sem precipitados.	Solução incolor límpida sem precipitados.
Densidade	1,250 a 1300g/cm^3	1,285 g/cm^3
pH	Mínimo 13,50	14,66

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 21/07/2026