RENYLAB	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB016	**Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico Strepto B**		
Pág.: 1/1			
Revisão: 04	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 11/2024	Antônio	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Cromôgenico Strepto B
Finalidade: Meio Cromogênico utilizado para isolamento e diferenciação de *Streptococcus* do Grupo B

Data de fabricação: 25/07/2026	Lote: 26071275
Data de validade: 25/11/2026	Apresentação: Placa de Petri
Número MS: 80002670075	Data da amostragem: 25/07/2026
Armazenagem: 2º a 8ºC	

Análise Físico-química		
Teste realizado	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção visual	Meio de cultura sólido de cor branca opalescente	Meio de cultura sólido de cor branca opalescente
pH a 25 C	7,30 ± 0,20	7,25

Análise de performance		
Resultado esperado		**Resultado**
Cepas	**Aparência das colônias**	**Aparência das colônias**
Streptococcus agalactiae ATCC 13813	Colônias azul	Colônias azul
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido
Escherichia coli ATCC 25922	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido
Neisseria meningitidis ATCC 13090	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia

Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - **CLSI M22-A3**. Clinical and Laboratory Standards Institute;2004.Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). 2023. **Manual of clinical microbiology**, 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. **Difco Manual**, 2º ed., 2009. Agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA. **Módulo 5: Tecnologia em Serviços de Saúde: descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos**. 1ª edição – brasil, 2010 OPLUSTIL, Carmem Paz; ZOCCOLI, Cassia Maria; TOBOUTI, Nina Reiko; SCHEFFER, Mara Cristina. **Procedimentos básicos em microbiologia clínica.** 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2007.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações acima descritas

Data: 27/07/2026

Analista
Joelma Oliveira

Analista
Ramon Lopes

Coordenador Técnico
Antônio Galli