RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA043	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – OG-06.		
Pág: 1/1			
Revisão: 06	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Renata

Controle da Qualidade
Certificado de análise OG-06

Data de Fabricação: 06/08/2026	Lote: 26081371
Data de validade: 06/08/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670067	Data da amostragem: 17/08/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido alaranjado, odor característico.	Líquido alaranjado, odor característico.
Densidade	0,820 – 0,850 g/cm^3	0,824 g/cm^3
pH a 25°C	2,00 a 4,00	3,75

Análise de performance (método de coloração Papanicolaou)		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Aspecto celular	O citoplasma deverá ter seus componentes básicos corados pelo OG-06	O citoplasma teve seus componentes básicos corados pelo OG-06

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 18/08/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**