RENYLAB	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAMB012	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico Cândida		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 11/2024	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Cromogênico Cândida
Finalidade: Meio seletivo e diferencial utilizado para identificação presuntiva de cepas de Cândida.

Data de fabricação: 11/08/2026	Lote: 26081395
Data de validade: 11/12/2026	Apresentação: Placa de petri lisa
Número MS: 80002670075	Data da amostragem: 12/08/2026
Armazenagem: 2º a 8º C	

Análise Físico-química		
Teste realizado	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção visual	Meio de cultura sólido de cor bege	Meio de cultura sólido de cor bege
pH a 25ºC	6,30 ± 0,20	6,37

Análise de performance		
Resultado esperado		**Resultado Obtido**
Cepas	**Aparência das colônias**	**Aparência das colônias**
Candida albicans ATCC 60193	Crescimento bom a excelente, colônias verde-claras a verde médio.	Crescimento bom a excelente, colônias verde-claras a verde médio.
Candida tropicalis ATCC 1369	Crescimento bom a excelente, colônias azuis acinzentadas a azuis esverdeadas ou azuis metalizadas, com ou sem halos violetas no meio circundante.	Crescimento bom a excelente, colônias azuis acinzentadas a azuis esverdeadas ou azuis metalizadas, com ou sem halos violetas no meio circundante.

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica.	Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica.

Bibliografia

Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - **CLSI M22-A3**. Clinical and Laboratory Standards Institute;2004.Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). 2023. **Manual of clinical microbiology**, 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. **Difco Manual**, 2º ed., 2009. Agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA. **Módulo 5: Tecnologia em Serviços de Saúde: descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos**. 1ª edição – brasil, 2010 OPLUSTIL, Carmem Paz; ZOCCOLI, Cassia Maria; TOBOUTI, Nina Reiko; SCHEFFER, Mara Cristina. **Procedimentos básicos em microbiologia clínica.** 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2007.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 14/08/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**