RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA020	**Título:** Certificado de Análise de Fucsina Diluída		
Pág: 1/1			
Revisão: 05	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise Fucsina Diluída

Data de Fabricação: 18/08/2026	Lote: 26081438
Data de validade: 18/08/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670066	Data da amostragem: 18/08/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Solução rosa escuro	Solução rosa escuro
Densidade	0,980 – 1,010 g/cm^3	0,997 g/cm^3
pH a 25°C	5,00 a 7,00	5,66

Análise de perfrormance (método de coloração Gram)		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Teste de desempenho	Bactéria Gram negativas: coram-se de rosa. Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo.	Bactéria Gram negativas: coram-se de rosa. Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo.

Bibliografia
Otto Bier: Bacteriologia e imunologia Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed.,Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer
A amostra analisada atende as especificações descritas.

Data: 18/08/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**