RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA006	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Anticoagulante EDTA 5%		
Pág.: 1/1			
Revisão: 06	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise Anticoagulante EDTA 5%

Data de Fabricação: 20/08/2026	Lote: 26081461
Data de validade: 20/08/2028	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670076	Data da amostragem: 20/08/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Solução alaranjada, odor característico	Solução alaranjada, odor característico
Densidade	1,010 – 1,050 g/cm^3	1,023 g/cm^3
pH a 25°C	4,20 a 4,70	4,63

Análise de performance		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Teste de coagulação	A adição de 2,5mL de sangue colhido por punção venosa em um tubo contendo 50µL (1gota) de Anticoagulante EDTA 5% inibem o processo de coagulação do sangue	A adição de 2,5mL de sangue colhido por punção venosa em um tubo contendo 50µL (1gota) de Anticoagulante EDTA 5% inibiu o processo de coagulação do sangue

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 21/08/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**