| RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO | **CERTIFICADO DE ANÁLISE** | | |
|---|---|---|---|
| **Código:** CAPA004 | **Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Solução álcool-ácido 3% | | |
| **Pág.:** 1/1 | | | |
| **Revisão:** 06 | **Emitido por:** | **Revisado por:** | **Conferido por**: |
| **Data:** 05/2025 | Renata | Ramon | Antônio |

**Controle de Qualidade**

Certificado de análise Solução Álcool-ácido 3%

| | |
|---|---|
| Data de Fabricação: 24/08/2026 | Lote: 26081479 |
| Data de validade: 24/08/2029 | Embalagem: Frasco pet |
| Número MS: 80002670066 | Data da amostragem: 24/08/2026 |
| Armazenamento: Temperatura Ambiente | |

| **Análise Físico-Química** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Descrição | Líquido transparente, odor característico | Líquido transparente, odor característico |
| Densidade | 0,800 a 0,900 g/cm$^3$ | 0,826 g/cm$^3$ |
| pH a 25°C | ≤ 1,00 | 0,22 |

| **Análise de performance** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Esfregaço de BAAR | Bacilos álcool-ácido resistentes: coram-se de rosa<br>Demais elementos: coram-se de azul | Bacilos álcool-ácido resistentes: coram-se de rosa<br>Demais elementos: coram-se de azul |

**Bibliografia**

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

**Parecer**

***A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 25/08/2026

| **Analista** | **Analista** | **Coordenador Técnico** |
|---|---|---|
| **Joelma Oliveira** | **Ramon Lopes** | **Antônio Galli** |