RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA019	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Fucsina de Ziehl.		
Pág: 1/1			
Revisão: 05	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 11/2024	Renata	Ramon	Renata

Controle de Qualidade
Certificado de análise Fucsina de Ziehl

Data de Fabricação: 06/01/2025	Lote: 25010013
Data de validade: 06/01/2028	Embalagem: Frasco pet âmbar 250mL e 500mL
Número MS: 80002670066	Data da amostragem: 06/01/2025
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Solução rosa escuro	Solução rosa escuro
Densidade	0,980 – 1,010 g/cm^3	0,988 g/cm^3
pH a 25°C	5,00 a 7,00	**5,44**

Análise Microscópica (método de coloração Ziehl)		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Bactérias álcool-ácido resistentes	Coram-se de rosa	Corou-se de rosa
Demais elementos	Coram-se de azul	Corou-se de azul

Bibliografia
POPCQ035 e Otto Bier: Bacteriologia e imunologia, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 06/01/2025

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**