RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA048	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Reativo de Kovacs		
Pág: 1/1			
Revisão: 06	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Gleicy	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise do Reativo de Kovacs

Data de Fabricação: 12/05/2026	Lote: 26050749
Data de validade: 12/05/2027	Embalagem: frasco de vidro
Número MS: 80002670075	Data da amostragem: 12/05/2026
Armazenamento: 2 a 8°C	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Solução amarelo claro com odor característico.	Solução amarelo claro com odor característico.
Densidade	0,915 a 0,935 g/cm^3	0,922 g/cm^3
pH a 25°C	<1,00	0,58

Análise de performance		
Cepas	**Resultado esperado**	**Resultado**
Escherichia coli ATCC 25922	**Indol (+)** O líquido desenvolve coloração rósea	**Indol (+)** O líquido desenvolve coloração rósea
Shigella sonei ATCC25931	**Indol (-)** Não há alteração na coloração do líquido	**Indol (-)** Não há alteração na coloração do líquido
Proteus vulgaris ATCC13315	**Indol (-)** Não há alteração na coloração do líquido	**Indol (-)** Não há alteração na coloração do líquido

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 12/05/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**