RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA005	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Anticoagulante Citrato 3,8%		
Pág.: 1/1			
Revisão: 05	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle da Qualidade

Certificado de análise Anticoagulante Citrato 3,8%

Data de Fabricação: 10/09/2026	Lote: 26091564
Data de validade: 13/09/2029	Embalagem: frasco pet
Número MS: 80002670055	Data da amostragem: 10/09/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Solução azulada, odor característico	Solução azulada, odor característico
Densidade	1,010 a 1,030 g/cm^3	1,022 g/cm^3
pH a 25°C	8,00 a 9,00	8,35

Análise de performance		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Teste de coagulação	A adição de 3mL de sangue colhido por punção venosa em um tubo contendo 100µL de Anticoagulante Citrato 3,8 % inibem o processo de coagulação do sangue	A adição de 3mL de sangue colhido por punção venosa em um tubo contendo 100µL de Anticoagulante Citrato 3,8 % inibiram o processo de coagulação do sangue

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 18/09/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**