RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAMB020	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico VRE		
Pág.: 1/2			
Revisão: 02	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 06/2025	Antônio	Ramon	Renata

Controle de Qualidade

Finalidade: O ágar Cromogênico VRE é um meio Cromogênico seletivo e diferencial usado para fins qualitativos e presuntivos de detecção de Enterococos resistentes à vancomicina (VRE) diretamente de amostras clínicas.

Data de fabricação: 21/09/2026	Lote: 26091605
Data de validade: 19/01/2027	Apresentação: Placa de Petri
Número MS:80002670075	Data da amostragem: 21/09/2026
Armazenagem: 2º a 8ºC	

Análise Físico-química		
Teste realizado	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção visual	Meio de cultura sólido de cor opaco esbranquiçado	Meio de cultura sólido de cor opaco esbranquiçado
pH a 25ºC	6,50 ± 0,20	6,54

Tabela de Identificação	
Microrganismo	**Cor típica da colônia**
Enterococcus faecalis (VRE)	Verde azulado

Análise de performance		
Resultado esperado		**Resultado**
Cepas	**Aparência das colônias**	**Aparência das colônias**
Enterococcus faecalis (VRE) ATCC 51299	Crescimento de colônias verdes azuladas	Crescimento de colônias verdes azuladas
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido
Escherichia coli ATCC 25922	Crescimento inibido	Crescimento inibido
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Crescimento inibido	Crescimento inibido

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia

Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - **CLSI M22-A3**. Clinical and Laboratory Standards Institute;2004.Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). 2023. **Manual of clinical microbiology**, 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. **Difco Manual**, 2º ed., 2009. Agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA. **Módulo 5: Tecnologia em Serviços de Saúde: descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos**. 1ª edição – brasil, 2010 OPLUSTIL, Carmem Paz; ZOCCOLI, Cassia Maria; TOBOUTI, Nina Reiko; SCHEFFER, Mara Cristina. **Procedimentos básicos em microbiologia clínica.** 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2007.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 25/09/2026

RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAMB020	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico VRE		
Pág.: 2/2			
Revisão: 02	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 06/2025	Antônio	Ramon	Renata

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**