RENYLAB	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA010	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Azul de Metileno		
Pág:1/1			
Revisão: 02	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por:**
Data: 05/2025	Antônio Galli	Ramon	Ramon

Produto: Azul de Metileno	Embalagem: Frasco penicilina e Frasco pet
Lote: 26091635	Data de Validade: 24/09/2028
Data de Fabricação: 25/09/2026	Número MS: 80002670067
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido azul, inodoro	Líquido azul, inodoro
Densidade	0,990 – 1,010 g/cm^3	1,006 g/cm^3
pH a 25°C	3,50 a 4,50	4,22

Análise Microbiológica

Código da amostra: PA26-354

Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10^2 (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10^1 (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Escherichia coli	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0mL

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 05/10/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**