RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA041	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – May- Grunwald.		
Pág.: 1/1			
Revisão: 06	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante May-Grunwald

Data de Fabricação: 25/09/2026	Lote: 26091637
Data de validade: 29/09/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670086	Data da amostragem: 28/09/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido azul escuro, odor característico	Líquido azul escuro, odor característico
Densidade	0,780 – 0,900 g/cm^3	0,793 g/cm^3
pH	7,00 a 8,00	7,24

Análise de performance		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	Esfregaço de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed.,Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 29/09/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**