RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA062	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Solução de Hidróxido de Potássio 40%		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle da Qualidade
Solução de Hidróxido de Potássio 40%

Data de Fabricação: 29/09/2026	Lote: 26091660
Data de validade: 28/09/2027	Embalagem: Frasco vidro
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 29/09/2026

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Aspecto	Solução incolor límpida sem precipitados.	Solução incolor límpida sem precipitados.
Densidade	1,250 a 1300g/cm^3	1,266 g/cm^3
pH	Mínimo 13,50	14,60

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 30/09/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**