| RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO | **CERTIFICADO DE ANÁLISE** | | |
|---|---|---|---|
| **Código:** CAPA041 | **Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – May- Grunwald. | | |
| **Pág.:** 1/1 | | | |
| **Revisão:** 06 | **Emitido por:** | **Revisado por:** | **Conferido por**: |
| **Data:** 05/2025 | Renata | Ramon | Antônio |

**Controle de Qualidade**

Certificado de análise Corante May-Grunwald

| | |
|---|---|
| Data de Fabricação: 06/10/2026 | Lote: 26101702 |
| Data de validade: 05/10/2029 | Embalagem: Frasco pet |
| Número MS: 80002670086 | Data da amostragem: 06/10/2026 |
| Armazenamento: Temperatura ambiente | |

| **Análise Físico-Química** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Descrição | Líquido azul escuro, odor característico | Líquido azul escuro, odor característico |
| Densidade | 0,780 – 0,900 g/cm$^3$ | 0,796 g/cm$^3$ |
| pH | 7,00 a 8,00 | 7,43 |

| **Análise de performance** | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Especificação** | **Resultado** |
| Macroscópica | Esfregaço de cor rosa mate uniforme | Esfregaço de cor rosa mate uniforme |
| Microscópica | Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas<br>Hemácias: rosa claro e de forma arredondada | Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas<br>Hemácias: rosa claro e de forma arredondada |

| **Bibliografia** |
|---|
| Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed.,Brasília: ANVISA, 2024**. |

| **Parecer** |
|---|
| ***A amostra analisada atende às especificações descritas.*** |

Data: 08/10/2026

| **Analista** | **Analista** | **Coordenador Técnico** |
|---|---|---|
| **Joelma Oliveira** | **Ramon Lopes** | **Antônio Galli** |