RENYLAB	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA025	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Gluc-O-Test Pó		
Pág:1/1			
Revisão: 03	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por:**
Data: 05/2025	Antônio Galli	Ramon Lopes	Antônio Galli

Produto: Gluc-o-test pó limão	Embalagem: Sachê metalizado com fecho Zip
Lote: 26091676	Data de Validade: 04/10/2028
Data de Fabricação: 01/10/2026	Número MS: 80002670077
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção Visual	Pó branco com odor de limão	Pó branco com odor de limão
Solubilidade	Solúvel em água	Solúvel em água
pH a 25°C solução 50g/300mL		
Amostra 01	2,50 a 3,50	2,74
Amostra 02		2,77
Amostra 03		2,78
Amostra 04		2,74
Amostra 05		2,68
Amostra 06		2,71
Amostra 07		2,77
Amostra 08		2,73
Amostra 09		2,79
Amostra 10		2,71

Análise Microbiológica

Código da amostra: PA26-362

Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10^2 (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10^1 (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Escherichia coli	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g

Bibliografia

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed.**, Brasília: ANVISA, 2024

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 13/10/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**