RENYLAB	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA051	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Renygel GL		
Pág:1/1			
Revisão: 02	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por:**
Data: 05/2025	Antônio Galli	Ramon	Ramon

Produto: Renygel GL Endoscopia	Embalagem: Frasco com bico aplicador
Lote: 26091677	Data de Validade: 01/10/2028
Data de Fabricação: 02/102026	Número MS: 80002670072
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Gel transparente, inodoro.	Gel transparente, inodoro.
Densidade	1,010 – 1,025 g/cm^3	1,015 g/cm^3
pH a 25°C	5,00 a 6,00	6,00

Análise Microbiológica

Código da amostra: PA 26-363

Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10^2 (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/g
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10^1 (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/g
Escherichia coli	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g
Pseudomonas aeruginosa	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g
Staphylococcus aureus	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g
Cândida albicans	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g

Bibliografia

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed.**, Brasília: ANVISA, 2024

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 13/10/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**