RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA050	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – RenyFix		
Pág: 1/1			
Revisão: 05	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 05/2025	Gleicy	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise RenyFix

Data de Fabricação: 08/10/2026	Lote: 26101724
Data de validade: 07/10/2028	Embalagem: Frasco branco leitoso
Número MS: Isento	Data da amostragem: 08/10/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Solução amarelada com odor característico.	Solução amarelada com odor característico.
Densidade	0,790 a 0,810 g/cm^3	0,798 g/cm^3
pH a 25°C	3,50 a 4,50	3,58

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024**.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 14/10/2026

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**